



Annexe au certificat d'accréditation  
Bijlage bij accreditatie-certificaat  
Annex to the accreditation certificate  
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

**009-TEST**

EN ISO/IEC 17025:2005

Version/Versie/Version/Fassung	10
Date d'émission / Uitgiftedatum / Issue date / Ausgabedatum:	2018-01-15
Date limite de validité / Geldigheidsdatum / Validity date / Gültigkeitsdatum:	2019-05-09

**Nicole Meurée-Vanlaethem**

La Présidente du Bureau d'Accréditation

Voorzitster van het Accreditatiebureau

Chair of the Accreditation Board

Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

**L'accréditation est délivrée à/ De accreditatie werd uitgereikt aan/  
The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:**

**CEPESI**  
**Centre Provincial d'Essais Industriels**  
**Boulevard Roullier, 1**  
**6000 CHARLEROI**

Secrétariat:

Service public fédéral, Economie,  
P.M.E., Classes moyennes et Energie

Direction générale de la Qualité et de la Sécurité

Division Qualité et Innovation

Bd du Roi Albert II, 16 - 5<sup>ème</sup> étage - B-1000 Bruxelles

Website: <http://economie.fgov.be>

Numéro d'entreprise: 0314.595.348

Accréditation BELAC Accreditation

Tél: +32 2 277 54 34

Fax: +32 2 277 54 41

Internet: <http://belac.fgov.be>

E-Mail: [Belac@economie.fgov.be](mailto:Belac@economie.fgov.be)

Secretariaat:

Federale Overheidsdienst, Economie,  
K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Afdeling Kwaliteit en Innovatie

Koning Albert II-laan 16 - 5<sup>ème</sup> verd. - B-1000 Brussel

Website: <http://economie.fgov.be>

Ondernemingsnummer: 0314.595.348

.be

Code essai	Echantillons	Caractéristiques mesurées	Description méthode d'essai et équipement
<b>Département métallique</b>			
M/10	Produits métalliques divers (aciers sous différentes formes : tôles, feuillards, fils, tubes, ...)	$S_0$ ; $R_{p0,2}$ ; $R_{eH}$ ; $R_m$ ; allongement de rupture ( $A_{4d}$ , $A_{5d}$ ) ; Z ; E	NBN EN ISO 6892-1 ASTM A370 ASTM E8
	Assemblages métalliques soudés	$S_0$ ; $R_{p0,2}$ ; $R_{eH}$ ; $R_m$ ; allongement de rupture ( $A_{4d}$ , $A_{5d}$ ), constatation des défauts	NBN EN ISO 5178 NBN EN ISO 4136 ASME IX
	Essais de traction sur fils lisses ou crenelés (barres, fils pour béton armé, ...). Essais d'arrachement sur treillis	Section par pesée ; $R_{p0,2}$ ; $R_{eH}$ ; $R_m$ ; Agt, allongement de rupture ( $A_{5d}$ , $A_{10d}$ ), $R_m/Re$ et mesure de la force de cisaillement de l'armature d'un treillis soudé	NBN EN ISO 15630-1 NBN EN ISO 15630-2 Annexe A de la NR 003 PROBETON
M/150	Produits métalliques divers et assemblages métalliques soudés	Valeur d'énergie de rupture (résilience) mesurée sur éprouvettes	NBN EN ISO 148-1 NBN EN ISO 9016
M/162	Produits métalliques divers	Mesure de la dureté Brinell HBW 2,5/187,5 et 2,5/62,5	NBN EN ISO 6506-1
M/163	Produits métalliques divers	Mesure de la dureté HRBW ou HRC	NBN EN ISO 6508-1
M/164	Produits métalliques divers et essais de dureté sur assemblages métalliques soudés	Mesure de la dureté Vickers HV 5, HV 10 et HV 30 et filiation de dureté	NBN EN ISO 6507-1 NBN EN ISO 15614-1 NBN EN ISO 9015-1
M/18	Produits métalliques divers et assemblages métalliques soudés	Constatation de défauts éventuels suite à un essai de pliage	Essais basés sur les normes : NBN EN ISO 7438 ASTM A370 ASTM E 290 EN ISO 5173 ISO 5173/A1 NBN NBN EN ASME IX
	Aciers	Type de structure métallographique	Examen par microscopie optique - méthode interne (basée sur ASTM E407 et E3)
	Aciers	Proportion de phases	Méthode interne basée sur ASTM E562

Code essai	Echantillons	Caractéristiques mesurées	Description méthode d'essai et équipement
M/20	Aciers inoxydables austénitiques	Présence de corrosion intergranulaire	Méthode interne basée sur ASTM A 262 practice A
	Aciers, fontes, cuivre et ses alliages	Grosseur de grain	Méthode interne basée sur ASTM E112 - méthode par comparaison
	Aciers, fontes	Profondeur de décarburation et épaisseur de traitements superficiels	Méthode interne basée sur ASTM E1077
	Aciers	Propreté inclusionnaire	Méthode interne basée sur ASTM E45 - méthode A
M/21	Produits métalliques divers	Mesure de dureté sous faible charge (HV 0,2), mesure de micro-dureté (HV 0,1)	NBN EN ISO 6507-1
<b>Département Chimie - Analyse des métaux</b>			
CM/212B	Aciers et fontes	Analyse par ICP-AES des éléments d'un acier ou d'une fonte : Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, Ti, V	Minéralisation par des acides puis analyse par ICP-AES - Méthode interne
CM/203	Aciers et fontes	Analyse de Silicium	Gravimétrie - Méthode interne
CM/205B	Aciers et fontes	Analyse du Carbone et du Soufre	Combustion puis Infra-rouge - Méthode interne
<b>Département Construction</b>			

Code essai	Echantillons	Caractéristiques mesurées	Description méthode d'essai et équipement
B/401	Béton durci	Résistance à la compression (<2500kN)	NBN EN 12390-3
B/102	Béton durci	Absorption d'eau par immersion	NBN B15-215
B/504	Carottes d'éléments linéaires préfabriqués en béton	Résistance à la compression et absorption d'eau par immersion	NBN EN 1340 NBN EN 12390-3
B/404	Tuyaux en béton	Absorption d'eau par immersion	NBN EN 1916 – Annexe F
B/405	Carreaux en béton (Dalles de trottoir)	Absorption d'eau par immersion	NBN EN 1339 – Annexe E
B/406	Pavés en béton	Absorption d'eau par immersion	NBN EN 1338 – Annexe E
B/407	Eléments linéaires en béton (Bordures)	Absorption d'eau par immersion	NBN EN 1340 – Annexe E
B/461	Eléments droits	Absorption d'eau par immersion	NBN EN 1917 - Annexe D
B/501	Carreaux en béton (Dalles de trottoir)	Résistance à la flexion	NBN EN 1339 – Annexe F
B/502	Eléments linéaires en béton (Bordures)	Résistance à la flexion	NBN EN 1340 – Annexe F
B/503	Pavés en béton	Résistance au fendage	NBN EN 1338 – Annexe F
B/505	Carottes d'éléments de chambres et regards de visite	Résistance à la compression et absorption d'eau par immersion	NBN EN 1917 (Absorption d'eau) NBN EN 12390-3 (Compression)
B/601	Pierres concassées et graviers	Analyse granulométrique et détermination de la teneur en particules < 63 µm	NBN EN 933-1
B/602	Essai à la plaque de 200 et 750 cm <sup>2</sup>	Détermination du coefficient de compressibilité M1 et M2	catalogue des méthodes d'essai 50.01 - QualiRoutes
B/603	Pierres concassées et graviers	Détermination du coefficient d'aplatissement	NBN EN 933-3
<b>Département Etalonnage</b>			
E/211	Etuves, bains et enceintes thermostatiques d'un volume inférieur ou égal à 2 m <sup>3</sup> sur site Conditions ambiantes : en température de 10 °C à 35 °C en humidité relative de 10 % à 90 %	Caractérisation à vide en température de 0 °C à 300 °C	Procédure interne PRO-CEP/OP/E/211